

BITTE BEACHTEN!

- Es darf kein kontaminiertes Medium abgepumpt werden.
(Bei Nichtbeachtung muss der Kunde die Kosten für die Kontamination und Komplettüberholung übernehmen.)
- Es darf nur kurzzeitig gegen Atmosphäre gepumpt werden.
- Bei Pumpen mit 400V Drehstrom-Anschluß, überprüfen Sie bitte vor Inbetriebnahme die Drehdichtung.
- E-Motor entsprechend Typenschild mit Motorschutz absichern.
- Wird eine Pumpe mit PFPE-Öl (Fomblinöl) ausgeliefert, so muss ihre Ansaug- bzw. Auspuffleitung absolut mineralölfrei sein.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den Ölstand der Pumpe. Eventuell muss Öl nachgefüllt werden.
- Eine ausgefüllte Kontaminationserklärung bei Rückgabe ist Pflicht.
- Für stark verdreckte und kontaminierte Pumpen erfolgt eine Nachberechnung.

Wir bitten Sie unbedingt auf diese Punkte zu achten.

Bei Nichtbeachtung ist der Kunde für den Schaden verantwortlich.